物品番号	165

令和 8年11月26日

上下水道備品類《上下水道備品》

入札参加資格有資格者【真庭市内】

物品購入 見積徴取通知書

このことについて、下記により見積りを徴取しますので通知します。

記

1．物品購入名称　携帯用水質計購入（上下水道課）

2．規格及び数量　別紙「 物品購入仕様書」のとおり

3．見積提出場所　**真庭市役所財産活用課**

4．**見積提出期限**　**令和 8年12月 9日 16時00分　（必着）**

5．**開札予定**　**令和 8年12月 10日 9時00分**

6．**納入場所**　真庭市上下水道課

7．**納入期限**　**令和 9年 2月19日**

（１）規格･仕様等詳細についての質問事項は、令和 8年12月 2日 12時00分までに
メールにて下記担当に問い合わせてください。
上下水道課　〔担当〕貞廣　源　〔アドレス〕jougesuido@city.maniwa.lg.jp

（２）見積書の見積金額については、税抜きで記載すること。

（３）見積書には内訳書（貴社様式見積書可）を必ず添付すること。

（４）見積書は封書で提出し、見積物品名･物品番号及び見積書在中と表記してください。

（５）落札業者決定方法は、最低金額見積業者を落札業者とします。

（６）本見積徴取の取扱いは「真庭市見積徴取参加心得」(ホームページ掲載)の定めによります。

（７）本見積結果は、落札者のみに連絡します。結果の公表は、財産活用課窓口で閲覧できます。
（電話での問合せにはお答えできませんのでご了承ください。）

（８）見積の通知日から落札者の決定する日の間、入札参加資格者でない場合の見積書は無効となります。
（支店･営業所は契約を委任されていないと無効となります。）

※ 見積書を提出される場合、普通郵便または持参で可

※ 辞退届を廃止しているため、参加者のみ見積書を提出すること

物品購入仕様書

案件年度　令和8年度　物品番号　165

品　　名	携帯用水質計購入（上下水道課）	数　　量	1台
形　　式 （規格、内容等）	温度、ph及び溶存酸素の測定が可能なもの 測定方法 温度：サーミスタ法 ｐｈ：ガラス電極法 DO：隔膜式ガルバニ電池法 測定範囲 温度：-30.0～130.0℃ ｐｈ：ph0.00～14.00 DO：0.0～20.00mg/L、0.0～200.0% 表示分解能 温度：0.1℃ ｐｈ：0.01ph DO：0.01mg/L、0.1% 精度 温度：±0.5℃ ｐｈ：±0.01ph DO：±0.1mg/L、±１digi 防水防塵等級：IP67相当 表示：バックライト付 PC及びプリンタ接続ができるもの ph・DO電極、電極アダプタ付 キャリングケース付		
参 考 型 番	参考型番：D-220PD-S	型番指定 （該当に○をすること） ○ 同等品以上	
型番指定する理由			